

## Aktuální informace Oddělení klinické biochemie Nemocnice Tábor, a.s. uživatelům

Číslo informace: 10/2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 1.10.2020 dochází ke změnám hlášených biochemických výsledků v kritických intervalech (viz tabulka níže). Ke změně spektra metod nebo hlášených kritických hodnot (označeno podtržením) jsem přistoupili na základě doporučení a konzultací s nemocničními lékaři.

### HLÁŠENÍ BIOCHEMICKÝCH VÝSLEDKŮ V KRITICKÝCH INTERVALECH

Vyšetření	Jednotka	Dospělí		Děti do 10 let	
		pod	nad	pod	nad
s-Sodík	mmol/l	<u>120</u>	<u>160</u>	130	150
s-Draslík	mmol/l	3	6	3	6
s-Vápník	mmol/l	<u>1,7</u>	<u>3,0</u>	<u>1,7</u>	<u>3,0</u>
s-Urea	mmol/l		30		20
s-Kreatinin	μmol/l		500		200
s,p,B-Glukóza	mmol/l	3	15	3	10
<u>p-laktát</u>	mmol/l		3		3
s-ALT	μkat/l		10		5
s-AMS	μkat/l		10		5
s-CK	μkat/l		10		10
s-CRP	mg/l		<u>150</u>		150
s-Prokalcitonin	μg/l		5		
s-Troponin T hs	ng/l		<u>50</u>		
s-TSH	mU/l	0,1	30	0,1	30
s-Digoxin	μg/l		<u>2,3</u>		2,3
B-pH		7,2	7,6	7,2	7,6
B-pCO <sub>2</sub>	kPa	2,5	8	3	6
Likvor		hlásit vždy			hlásit vždy

U dialyzovaných pacientů hlásit kreatinin více než **1 200** μmol/l, urea více než **45** mmol/l  
Vysvětlivky: S- sérum, P-plazma, B-plná krev

Datum: 1.10.2020

MUDr. Hana Prokschová  
Jméno a podpis vedoucího oddělení

Datum: 1.10.2020

Ing. Romana Slouková  
Jméno a podpis manažera kvality